

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

zadavatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná zakázka s názvem: **Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – biohazard boxy / flowboxy, digestoře**
ev. číslo v IS VZ US: **7202011012392**

Zadavateli byla dne 22. května 2012 doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti o ně odešle zadavatel všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dovoluji si vznést dotaz na toleranci u minimálních technických parametrů ve zveřejněné veřejné zakázce - Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – biohazard boxy / flowboxy, digestoře:

1) flowbox se šířkou pracovní plochy 600 mm

jsou akceptovatelné tyto rozměry pracovní plochy? šířka 670 mm, hloubka 550 mm, výška 670 mm
jsou akceptovatelné tyto externí rozměry? šířka 730 mm, hloubka 800 mm

2) biohazardní box se šířkou pracovní plochy 900 mm

rozměry pracovního prostoru min. šířka 900 mm, hloubka 550 mm, výška 750 mm je akceptovatelná výška 670 mm?
externí rozměry maximálně: šířka 1000 mm, hloubka 800 mm
je akceptovatelná šířka 1035 mm?

3) biohazardní box se šířkou pracovní plochy 1200 mm

rozměry pracovního prostoru min. šířka 1200 mm, hloubka 550 mm, výška 750 mm
je akceptovatelná výška 670 mm?
externí rozměry maximálně: šířka 1300 mm, hloubka 800 mm
je akceptovatelná šířka 1340 mm?

4) biohazardní box se šířkou pracovní plochy 1500 mm

rozměry pracovního prostoru min. šířka 1500 mm, hloubka 550 mm, výška 750 mm
je akceptovatelná výška 670 mm?
externí rozměry maximálně: šířka 1600 mm, hloubka 800 mm
je akceptovatelná šířka 1645 mm?

5) biohazardní box se šířkou pracovní plochy 1800 mm

rozměry pracovního prostoru min. šířka 1800 mm, hloubka 550 mm, výška 750 mm
je akceptovatelná výška 670 mm?
externí rozměry maximálně: šířka 1900 mm, hloubka 800 mm
je akceptovatelná šířka 1950 mm?

6) biohazardní box třídy III s karbonovým filtrem, se šířkou pracovní plochy 1200 mm

rozměry pracovního prostoru min. šířka 1200 mm, hloubka 550 mm, výška 750 mm

je akceptovatelná výška 650 mm?

externí rozměry maximálně: šířka 1900 mm, hloubka 800 mm

je akceptovatelná hloubka 850 mm?

Odpověď č. 1

Externí rozměry nemůže zadavatel navyšovat s ohledem na omezený prostor, který je k dispozici v laboratořích, kde se počítá s umístěním více flowboxů vedle sebe.

Dotaz č. 2

Vzhledem k nutnosti vyjasnění si technických detailů a s tím spojené časové náročnosti si Vás zároveň dovoluji požádat o prodloužení lhůty stanovené pro podávání nabídek.

Odpověď č. 2

Lhůta pro podání nabídek je nastavena pro všechny dodavatele stejně. Všichni dodavatelé měli shodný časový prostor pro podání žádostí o dodatečné informace. Lhůta pro podání nabídek nebude na žádost konkrétního dodavatele prodlužována.

Odpověď č. 3

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 4. zákona následující dodatečnou informaci: U biohazard boxu s laminárním prouděním třída III zadavatel nepožaduje posuvné okno.

V Olomouci, dne 24. května 2012