



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 140/PV/OVZ/2017

dne: 25. 09. 2017

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „**FZV UP Olomouc – výukové modely a vybavení pro výuku**“, zadávané ve výběrovém řízení, Vám sdělujeme následující vysvětlení zadávacích podmínek k 5. části této veřejné zakázky s názvem „**Zdravotnické vybavení pro nácvik praktických dovedností v oboru Zdravotnický záchranář**“:

Dotaz č. 1:

Co je myšleno názvem "ampularium - rozšiřující sada pro uložení materiálu do ampulária"? Je to myšleno jako ampulárium spolu s rozšiřovací sadou pro materiál, nebo pouze ta rozšiřovací sada. V druhém případě by bylo nutno vědět pro jaký typ ampulária je určen. Zároveň není řečeno jak velké, event. pro jaký počet ampulí má být ampulárium.

Odpověď:

Zadavatel požaduje v příloze č. 4.5 výzvy k podání nabídek u položky ampularium:

druh: ampularium

specifikace: rozšiřující sada pro uložení materiálu do ampulária - **přídavné ampulárium – rozšiřovací kapsa pro ampulárium k uložení ampulí a lahviček o objemu 10 – 50 ml (min. 5 x ampule 10 ml a min. 4 x lahvičky 20 – 50 ml)**

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky