



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 188/PJ/OVZ/2017

dne: 16. 11. 2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „Hlubokomrazicí box skříňový“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-029716**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/změnu zadávací dokumentace:

Dotaz:

V technických není definován požadavek na dvoukompresorový systém chlazení, který u těchto hlubokomrazicích boxů na -86°C bývá jako standardní požadavek, z důvodu vysoké teplotní stability a dlouhodobé provozní spolehlivosti.

Náš dotaz zní: Zadavatel tedy nepožaduje u těchto hlubokomrazicích boxů dvoukompresorový systém chlazení ?? Domníváme se, že tento parameter je klíčový pro bezproblémovou, dlouhodobou funkčnost, aby bylo zabezpečeno dlouhodobé a bezproblémové skladování vašich biologických vzorků.

Odpověď:

Zadavatel definoval v zadávací dokumentaci veškeré minimální technické parametry tak, aby požadavky byly definovány maximálně transparentně a nediskriminačně a nebude technické požadavky dále rozšiřovat.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky