



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 195/PJ/OVZ/2017

dne: 20. 11. 2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „Systém pro dokumentační a obrazovou analýzu“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-030525**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/změnu zadávací dokumentace:

Dotaz:

Kvalita CCD systému a citlivost pořizovaných snímků je určena nastavením clony, použitým rozlišením a chlazením kamery. Tmavý šum vyzařovaný systémem je potlačován chlazením kamery. Pokud je systém konstruován tak, že produkuje nízkou úroveň šumu, není pak nutné pro zachování vysoké citlivosti kamery používat příliš hluboké chlazení.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na systém vybavený 6,05 Mpix kamerou, chlazený na -15°C (tj. -35°C pod okolní laboratorní teplotu), který nabízí vysoké rozlišení v publikační kvalitě a splňuje všechny ostatní požadované vlastnosti ?

Odpověď:

Výkonné chlazení na minimálně -50 °C nelze zcela nahradit konstrukcí systému s produkcí nízké úrovně šumu. Zadavatel proto trvá na splnění tohoto klíčového parametru systému pro dokumentační a obrazovou analýzu. Zadavatel definoval v zadávací dokumentaci veškeré minimální technické parametry tak, aby požadavky byly definovány maximálně transparentně a nediskriminačně a nebude technické požadavky měnit.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky