



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 197/PJ/OVZ/2017

dne: 23. 11. 2017

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**Systém pro dokumentační a obrazovou analýzu**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-030525**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/změnu zadávací dokumentace:

Dotaz:

Zadavatel mj. požaduje:

„přístroj umožňující tyto aplikace - fluorescence, chemiluminescence, snímání gelů/blotů, 1D kvantifikace, 2D gely, multiplexing, in-vivo, macro array, genová exprese, proteinová exprese, RNA/DNA metody
otevřený systém, kompatibilní pro naprostou většinu „barviček“ renomovaných výrobců (př. barviček - SYBR Green, Deep Purple, Ethidium Bromide, chemiluminiscenční značky – HRP, AP, ECL, SuperSignal West Pico, trans UV fluorescence, Epi-modré světlo (SYBR Safe), Epi-bílé světlo (Coomassie blue, barvení stříbrem)“

Náš dotaz: má být součástí dodávky temná komora s vestavěným bílým osvětlením a zároveň vestavěným EPI osvětlením RGB tj. integrované zdroje pro excitaci v barvách červená, zelená a modrá s možností budoucího rozšíření o další excitační zdroje/barvy? Má být součástí dodávky nejčastěji používaný filtr objektivu kamery F590?

Odpověď:

Ano, součástí dodávky musí být temná komora s vestavěným bílým osvětlením a zároveň vestavěným EPI osvětlením RGB tj. integrované zdroje pro excitaci v barvách červená, zelená a modrá s možností budoucího rozšíření o další excitační zdroje/barvy. Ano, součástí dodávky musí být nejčastěji používaný filtr objektivu kamery F590.

Zadavatel doplňuje čl. 2.2. zadávací dokumentace takto:

Součástí dodávky musí být temná komora s vestavěným bílým osvětlením a zároveň vestavěným EPI osvětlením RGB tj. integrované zdroje pro excitaci v barvách červená, zelená a modrá s možností budoucího rozšíření o další excitační zdroje/barvy. Součástí dodávky musí být nejčastěji používaný filtr objektivu kamery F590.

Dotaz:

Zadavatel mj. požaduje:

„vestavěný transiluminátor dle výběru (včetně SuperBright, SkyLight Blue)“

Náš dotaz: má být součástí dodávky v komoře vestavěný výsuvný UV transiluminátor 312 nm s filtrem pohlcujícím téměř veškeré světlo ve viditelné oblasti pro zvýšení citlivosti systému (zmiňovaný SuperBright)? Mají být součástí dodávky konverzní filtry, které z tohoto UV transiluminátoru „vytvoří“ transiluminátor s modrým světlem a s bílým světlem?

Odpověď:

Ano, součástí dodávky musí být v komoře vestavěný výsuvný UV transiluminátor 312 nm s filtrem pohlcujícím téměř veškeré světlo ve viditelné oblasti pro zvýšení citlivosti systému (zmiňovaný SuperBright). Ano, součástí dodávky musí být konverzní filtry, které z tohoto UV transiluminátoru "vytvoří" transiluminátor s modrým světlem a s bílým světlem.

Zadavatel doplňuje čl. 2.2. zadávací dokumentace takto:

Součástí dodávky musí být v komoře vestavěný výsuvný UV transiluminátor 312 nm s filtrem pohlcujícím téměř veškeré světlo ve viditelné oblasti pro zvýšení citlivosti systému (zmiňovaný SuperBright).

Součástí dodávky musí být konverzní filtry, které z tohoto UV transiluminátoru "vytvoří" transiluminátor s modrým světlem a s bílým světlem.

Dotaz:

Zadavatel mj. požaduje:

„ostření a expozice: plně automatický a motorizovaný systém“

Náš dotaz: poptáváte systém plně motorizovaný, tj. včetně motorizovaného objektivu kamery a rámečku na filtry?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje systém plně motorizovaný, tj. včetně motorizovaného objektivu kamery a rámečku na filtry.

Zadavatel doplňuje čl. 2.2. zadávací dokumentace takto:

Zadavatel požaduje systém plně motorizovaný, tj. včetně motorizovaného objektivu kamery a rámečku na filtry.

Dotaz:

Zadavatel mj. požaduje:

„Součástí dodávky je software pro sejmutí a zpracování gelu ...“

Náš dotaz: dokumentační systém je ovládán pomocí speciálního software nainstalovaného v počítači. Má být také výkonný počítač součástí dodávky?

Odpověď:

Výkonný počítač není předmětem veřejné zakázky.



Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace tímto současně také prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. ledna 2018 v 09 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **09. ledna 2018 v 09 hodin.**, na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky