



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 198/PJ/OVZ/2017

dne: 23. 11. 2017

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**Hlubokomrazicí box skříňový**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-029716**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

- 1) Zadavatel touto změnou zadávací dokumentace nahrazuje původní text uvedený v čl. 2.2. zadávací dokumentace:

Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

- ✓ hlubokomrazicí box musí udržovat trvale teplotu do -85 °C (při teplotě okolí do +30 °C)
- ✓ hlubokomrazicí box musí garantovat homogenní rozložení teploty v celém prostoru boxu
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít minimální vnitřní objem min 550 litrů
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít vnitřní plášť z nerezové odolávajícího běžné dezinfekci
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít izolaci boxu s použitím technologie VIP (izolace stěn pomocí vakua)
- ✓ hlubokomrazicí box musí používat nehořlavé, nevýbušné a ekologické chladivo
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít nerezové šuplíky a musí být vybaven regály pro 5 cm vysoké krabičky do celého objemu boxu
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- ✓ hlubokomrazicí box musí umožnit hlášení překročení nastavené minimální a maximální teploty pomocí opticko – akustického alarmu
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít opticko – akustický alarm pro signalizaci výpadku napájení elektrickým proudem nebo ucpaného filtru
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít back-up systém pro uchování nastavených parametrů hlubokomrazicího boxu v případě výpadku elektrického proudu a jejich opětovného nastavení
- ✓ hlubokomrazicí box musí umožnit opětovné automatické spuštění po obnovení napájení elektrickým proudem
- ✓ hlubokomrazicí box musí umožnit zablokování mechanismu nastavení hodnot proti náhodnému přenastavení nebo zneužití
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít vnitřní izolované dělené dveře
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít vnější uzamykatelné dveře
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít čtyři pojezdová kolečka, z toho minimálně dvě brzděná
- ✓ hlubokomrazicí box musí mít průchodku pro externí čidlo měření teploty

textem:

Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

- hlubokomrazící box musí udržovat trvale teplotu do -86 °C (při teplotě okolí do +30 °C)
- hlubokomrazící box musí garantovat homogenní rozložení teploty v celém prostoru boxu
- hlubokomrazící box musí mít minimální vnitřní objem min 500 litrů
- hlubokomrazící box musí mít spotřebu méně než 10 KWh/24h
- hlubokomrazící box musí mít izolaci boxu s použitím technologie VIP (izolace stěn pomocí vakua), umožňuje nastěhování dveřmi 80 cm
- hlubokomrazící box musí používat uhlovodíkové ekologické chladivo
- hlubokomrazící box musí mít nerezové šuplíky s čelním vstupem a musí být vybaven regály pro 5 cm vysoké krabičky do celého objemu boxu
- hlubokomrazící box musí mít mikroprocesorové řízení s LED displejem
- hlubokomrazící box musí umožnit hlášení překročení nastavené minimální a maximální teploty pomocí opticko – akustického alarmu
- hlubokomrazící box musí mít opticko – akustický alarm pro signalizaci výpadku napájení elektrickým proudem nebo ucpaného filtru
- hlubokomrazící box musí mít back-up systém pro uchování nastavených parametrů hlubokomrazícího boxu v případě výpadku elektrického proudu a jejich opětovného nastavení
- hlubokomrazící box musí umožnit opětovné automatické spuštění po obnovení napájení elektrickým proudem
- hlubokomrazící box musí mít vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření
- hlubokomrazící box musí mít vnitřní izolované dělené dveře
- hlubokomrazící box musí mít vnější uzamykatelné dveře
- hlubokomrazící box musí mít čtyři pojezdová kolečka, z toho minimálně dvě brzděná
- hlubokomrazící box musí mít průchodku pro externí čidlo měření teploty



- hlubokomrazící box musí mít certifikaci jako zdravotnický prostředek IIa v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, v účinném znění

2) Zadavatel mění délku záruky za jakost uvedenou v čl. 2.3. zadávací dokumentace a v čl. VI. odst. 1 přílohy č. 4 zadávací dokumentace – obchodní a platební podmínky (návrh kupní smlouvy) z 24 měsíců na 48 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.

3) Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace tímto současně také prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. ledna 2018 v 11:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **09. ledna 2018 v 11:00 hodin.**, na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky