



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 13. 12. 2017

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF – Funkční model CT (Computed Tomography)**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-034802** Vám v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel nahrazuje text uvedený v čl. 2 Zadávací dokumentace:

„minimálně 16 bitová rentgenová digitální kamera umožňující získat rozlišení lepší než 10 mikrometrů“

textem

„minimálně 14 bitová rentgenová digitální kamera umožňující získat rozlišení lepší než 10 mikrometrů“.

Z důvodu této změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2, uvedené v čl. 11 odst. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto: :

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. ledna 2018 v 13:00 hodin

11.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **29. ledna 2018 v 13:00 hodin** na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ