



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 22. 12. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FTK – Kinematický systém**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-035067** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče ze dne 20. 12. 2017

U požadavku „8 rychloběžných kamer s IR přísvitem“ žádáme o upřesnění popisu rychloběžných kamer. Námi nabízené nové highspeed kamery jsou průmyslové kamery bez infračerveného filtru, které posílají příslušné videosnímky přímo do záznamového počítače. Náš speciální software umožňuje při použití těchto kamer a prstencového LED osvětlení kompletně automatický záznam reflexních značek bez předchozí interní filtrace infračervených snímků na surových datech a bez použití speciálního infračerveného světla v kameře.

Všechny naše nové kamery poskytují vedle možnosti 3D-trackingu značek i siluety bez značek, vysoce kvalitní obraz v max. 4MP (cca 2K) rozlišení.

Abychom mohli předložit patřičnou nabídku, je potřebné vyjasnit požadavek zadavatele na kamerový systém - zda zadavatel umožňuje předložení mimo infračervené kamery i nový typ videokamery s LED osvětlením.

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na technických parametrech, uvedených v části 2.2 Zadávací dokumentace.

Všechny zadávací podmínky tak zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ