



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 08. 01. 2018

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF – Spiroergometrický simulátor s ergometrem**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-035030** Vám v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 5. 1. 2018

Námi nabízený systém neobsahuje funkci vyhodnocení EKG dle „Setle criteria“. Jako variantní řešení nabízíme automatickou slovní interpretaci EKG záznamu. Bude zadavatel akceptovat toto variantní řešení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel na základě dotazu dodavatele vypouští z čl. 2.2. Zadávací dokumentace u zátěžového EKG požadavek: funkce vyhodnocení „Seattle kritéria“.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 5. 1. 2018

V požadavku je uveden 1 ks 27" monitoru. Vzhledem k tomu, že systém pro vyšetření vyžaduje 2 ks monitorů, bude zadavatel akceptovat 2 monitory ve velikosti 24"?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel na základě dotazu dodavatele vypouští z čl. 2.2 Zadávací dokumentace u zátěžového EKG požadavek minimální velikosti monitoru 27".

Zadavatel současně připomíná, že v čl. 2. 1 Zadávací dokumentace je uvedeno následující: „Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci“.



Zadavatel nahrazuje text uvedený v čl. 2.2 Zadávací dokumentace takto:

Původní text:

Zátěžové EKG:

- vyhodnocovací stanice,
- monitor min. 27",
- výstupní zařízení s rychlým a trvanlivým tiskem na běžný kancelářský papír,
- OS Windows,
- systém pro archivaci a registraci databáze pacientů,
- programové vybavení pro klidové a zátěžové EKG,
- manuální nastavení zátěže,
- funkce vyhodnocení „Seattle kriteria“,
- 12-svodový EKG systém, který lze zapojit na vakuové elektrody - KISS GE,
- vakuový přísavný systém EKG elektrod GE s teleskopickým ramenem.

Nový text:

Zátěžové EKG:

- vyhodnocovací stanice,
- monitor,
- výstupní zařízení s rychlým a trvanlivým tiskem na běžný kancelářský papír,
- OS Windows,
- systém pro archivaci a registraci databáze pacientů,
- programové vybavení pro klidové a zátěžové EKG,
- manuální nastavení zátěže,
- 12-svodový EKG systém, který lze zapojit na vakuové elektrody - KISS GE,
- vakuový přísavný systém EKG elektrod GE s teleskopickým ramenem.

Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace a v souladu s § 99 odst. 2 zákona tímto současně také prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. března 2018 ve 14:00 hodin

11.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **5. března 2018 v 14:00 hodin** na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ