



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 18. 1. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF - UV/Vis spektrometr (roztok + pevná fáze)**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-000865** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 16. 1. 2018

V zadání je uveden *Nástavec pro měření roztoků a Držák pro měření roztoků v kyvetách*.

Jedná se o jednu a tu samou položku (držák kyvet), nebo je míněn držák kyvet a držák průtočných kyvet? Pokud je požadovaný držák průtočných kyvet, jaký průtočný systém je požadován?

Odpověď zadavatele

S cílem zabezpečit maximální otevřenost technického řešení, umožňující vstup nejrozličnějších zájemců do výběrového řízení byly tyto dvě položky odděleny. První položka, „*Nástavec pro měření roztoků*“, reprezentuje zařízení s obvykle volně vyjímatelnou kyvetou (optickou celou), může tedy např. jít i navrhované řešení pevně zabudované průtočné kyvety. Druhá položka „*Držák pro měření roztoků v kyvetách*“ jasně vymezuje, že se jedná o držák pro měření roztoků v klasických volně vyjímatelných a vyměnitelných kyvetách.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 16. 1. 2018

Držák pevných vzorků

Jedná se o držák pro transmisní, nebo reflexní měření? Měřené vzorky budou filmy, prášky, nebo jiné pevné materiály?

Odpověď zadavatele

Jedná se o držák doplňující předešlou položku „*Nástavec pro měření difuzně-reflexních spekter*“ o možnost měření v transmisním módu pro co nejširší skupinu měřitelných materiálů.



Dotaz dodavatele č. 3 ze dne 16. 1. 2018

Autosampler pro dávkování alespoň pro 8 různých vzorků

Opravdové autosamplery mívají mnohem více pozic než 8, jsou poměrně nákladné a zabírají značný prostor. Požaduje zadavatel autosampler výše uvedeného typu, nebo 8-pozicový, respektive 6-pozicový automatický držák kyvet, který automaticky změří ručně vložené vzorky v kyvetách? V případě, že 6- nebo 8-pozicový držák
Představuje přijatelné řešení, může být tento držák termostatován?

Dalším řešením může být poloautomatický sipper, kde jsou vzorky a promývací roztok zaváděny postupně do přístroje. Výměna vzorků je manuální, ale celý proces je mnohem jednodušší a rychlejší, než měření v kyvetě.

Prosím o definování požadovaného řešení.

Odpověď zadavatele

S cílem zabezpečit maximální otevřenost výběrového řízení není technické řešení autosampleru omezeno na některé z výše uvedených řešení. Konkrétním požadavkem je, aby autosampler umožňoval automatické měření alespoň osmi různých vzorků. Řešení autosampleru s osmi samostatnými pozicemi pro kyvety nebo automatickým dávkovačem pro alespoň osm pozic (nezávislých vzorků), napojeným na průtočný systém je z pohledu zadavatele zcela ekvivalentní.

Zadavatel nemění žádné technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Všechny zadávací podmínky tak zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ