



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 22. 01. 2018

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FTK – systém pro analýzu chůze**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-035063** Vám v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 18. 1. 2018

Další přístroj dostupný na trhu disponuje obdobnými klinickými vlastnostmi na využití pouze 1 senzoru pro časoprostorovou analýzu pohybu, není nutné zdoluhavé aplikování 7 senzorů. Trvá zadavatel na 7 senzorech, i v případě že trh nabízí přístroj o 1 senzoru s obdobnými parametry?

Odpověď zadavatele

Zadavatel bude požadovat minimálně 2 pohybové senzory, a to minimálně jeden senzor pro každou dolní končetinu.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 18. 1. 2018

Zadavatel požaduje výšku chodidla od země. Z klinického hlediska je potřeba tohoto parametru u takto základního systému pro rychlou analýzu chůze minimální a pro adekvátní získání tohoto parametru je vhodnější 3D kinematická analýza. Tento parametr lze také vyvodit z parametrů rozsahu pohybu kyčelního kloubu, kolenního a hlezenního. Trvá tedy zadavatel na nutnosti parametru výšky chodidla od země?

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na parametru výšky chodidla od země.

Zadavatel nahrazuje text uvedený v čl. 2.2 Zadávací dokumentace takto:

Původní text:

Systém musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Základní funkce systému:

- analýza chůze v běžném prostoru
- min. 7 pohybových senzorů
- použití v interiéru i exteriéru



Základní vlastnosti přístroje:

- jasné a jednoduché ovládání
- grafické zobrazení
- animace a video
- porovnání výsledků s referenčními hodnotami
- vytváření zpráv a export dat
- okamžité objektivní výsledky
- detailní analýza

Analyzované parametry:

- vzdálenost
- délka kroku
- doba trvání kroku
- počet kroků
- kadence
- rychlost chůze
- fáze chůze
- výška chodidla od země
- rozsah pohybu v hlezenním kloubu
- rozsah pohybu v kolenním kloubu
- rozsah pohybu v kyčelním kloubu

Nahrazuje novým textem:

Systém musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Základní funkce systému:

- analýza chůze v běžném prostoru
- minimálně dva pohybové senzory, a to minimálně jeden senzor pro každou dolní končetinu.
- použití v interiéru i exteriéru

Základní vlastnosti přístroje:

- jasné a jednoduché ovládání
- grafické zobrazení
- porovnání výsledků s referenčními hodnotami
- vytváření zpráv a export dat
- okamžité objektivní výsledky
- detailní analýza



Analyzované parametry:

- délka kroku
- doba trvání kroku
- kadence
- rychlost chůze
- fáze chůze
- výška chodidla od země

Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace a v souladu s § 99 odst. 2 zákona tímto současně také prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. března 2018 v 13:00 hodin

11.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **22. března 2018 v 13:00 hodin** na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ