



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 24. 1. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF - Termocycler**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-001642** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 19. 1. 2018

Zadavatel požaduje, aby přístroj umožňoval nastavení lineárního teplotního gradientu v rozsahu 40 °C. Náš přístroj umožňuje nastavení gradientu v rozsahu 1-30 °C. Gradient vyšší než 30 °C se běžně nepoužívá. Bude zadavatel akceptovat i námi uvedenou hodnotu?

Odpověď zadavatele:

Lineární gradient v rozsahu 40°C je podmínkou zadání. Na trhu se běžně vyskytují zařízení, které splňují tento parametr.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 19. 1. 2018

Zadavatel požaduje, aby byl teplotní gradient lineární. Co tím má zadavatel na mysli?

Odpověď zadavatele:

Požadujeme gradientový termocykler s lineárním gradientem, který je důležitý při optimalizaci PCR reakce. Umožňuje nastavit teplotní rozdíl mezi sloupci a řadami vzorků, tj. přesný průběh teplotního gradientu. Všechny gradientové termocyklery nabízejí tuto možnost.

Zadavatel neprovedl v zadávacích podmínkách žádnou změnu a všechny zadávací podmínky zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ