



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 047/PJ/OVZ/2018

dne: 05. 02. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/Imunologie – PCR cyclor II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: Z2018-003727, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Níže připojuji odkaz na přístroj, včetně technické specifikace. Jediný bod, ve kterém se plně neshodujeme s technickou specifikací je, je gradient. Náš přístroj má patentovaný 6 zónový system Veriflex – 6 separátních zón, které zajišťují maximální kontrolu nastavených teplot.

(Pozn. Zadavatele – odkaz se neuveřejňuje, aby nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek)

Můj dotaz je, zda pokud bychom přístroj nabídli, jestli byla akceptována tato technická specifikace.

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení všech minimálních technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky