



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 059/PJ/OVZ/2018

dne: 08. 02. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/Imunologie – PCR cyclor II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: Z2018-003727, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

K uvedené specifikaci by sme potrebovali objasniť pár informácií:

1. Ventilácia: uvádzate výhradne zadná alebo predná. Je pre Vás akceptovateľná ventilácia typu: nasávanie vzduchu z prednej časti, vychádzanie vzduchu z bočných strán.
2. Rozsah teplôt uvádzate 4-99 °C, je pre Vás akceptovateľný rozsah 10-99 °C, 4 °C chladienie reakcie (tento rozsah nijak neobmedzuje amplifikačné protokoly PCR)
3. Rýchlosť ohrevu uvádzate 4 °C, je akceptovateľná rýchlosť 3,4 °C
4. Može byť presnosť teploty 0,25 °C?
5. Može byť cykler bez ethernetu?

Odpoveď:

Žiadná ze zmien výše uvedených není přípustná. Zadavatel trvá na dodržení všech minimálních technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky