



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 076/PJ/OVZ/2018

dne: 20. 02. 2018

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/Imunologie - chlazené centrifugy**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-003521**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz c. 1:

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: "LF/Imunologie- chlazené centrifugy" mám dotaz k technické specifikaci. Bude zadavatel akceptovat u centrifug a) centrifuga - 2 ks a b) centrifuga - 1 ks nabídku na výkyvný rotor na 50 ml falcon zkumavky s kapacitou 8 zkumavek na rotor (místo požadovaných 4 pozic) s adaptérem na 15 ml falkon s kapacitou 12 zkumavek na rotor (místo původních požadovaných 16)?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky