



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 086/PJ/OVZ/2018

dne: 21. 02. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/Imunologie – PCR cyclor II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: Z2018-003727, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dobrý den - chceme se zeptat - zadavatel požaduje minimálně 7palcový displej. Náš přístroj má 6,5palcový displej. Bude to zadavatel akceptovat? Jedná se o zanedbatelný rozdíl. Děkuje se za vyjádření.

Odpověď:

Žádná ze změn výše uvedených není přípustná. Zadavatel trvá na dodržení všech minimálních technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky