



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 21. 2. 2018

Změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FZV - Dodávka diagnostického monitoru**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005276** Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 19. 2. 2018

Při instalaci diagnostických monitorů bývá standardem také dodání speciální grafické karty, která zajistí bezproblémový chod monitorů. Požaduje zadavatel dodat společně s monitory také výkonnou grafickou kartu? Případně prosíme o sdělení, jakou kartu zadavatel pro dodané monitory využije.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Součástí dodávky bude i 1 ks grafické karty pro diagnostické monitory, pro zajištění bezproblémového chodu monitorů s minimálními parametry:

- 2 x 10-bitů výstup
- 1x DVI
- 1 x Display Port
- provedení PCI Express sběrnice
- 1GB RAM DDR3 (určené pro dodávané diagnostické monitory)

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 19. 2. 2018

Součástí dodávky je také zajištění záručního servisu. Diagnostické monitory prochází standardně 1xročně DICOM kalibrací pomocí speciální kalibrační sondy s následným vystavením kalibračního protokolu. Požaduje zadavatel zahrnout tyto kalibrace, po dobu záručního servisu do nabídkové ceny, nebo budou tyto kalibrace řešeny zvlášť, mimo dodávku?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2

Kalibraci monitoru po dobu záručního servisu zadavatel nepožaduje.

Zadavatel upravuje původní technickou specifikaci uvedenou v čl. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Původní text:

Dodávka musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:



Diagnostický monitor (2 ks)

- rozměry min. 21.3"
- formát 4:3
- technologie panelu UA-SFT TFT, LED
- min. rozl. 2048×1536 px
- doba odezvy max. 40ms
- jas min. 400 cd/m2 max. 800 cd/m2
- kontrast min. 1 400:1
- horizontální úhel pohledu min. 176 stupňů
- vertikální úhel pohledu min. 176 stupňů
- počet zobrazovaných barev min. 16,7 mln.
- Konektory min. display Port, DVI-D
- extra funkce stabilizovaný podsvit panelu
- přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení
- korekce gama křivky s individuální kalibrací DICOM během výroby
- přesná DICOM GSDF kalibrace pomocí 14-bitové look-up tabulky
- Multiple OSD Lock-Out Modes

Nahrazuje textem:

Dodávka musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Diagnostický monitor (2 ks)

- rozměry min. 21.3"
- formát 4:3
- technologie panelu UA-SFT TFT, LED
- min. rozl. 2048×1536 px
- doba odezvy max. 40ms
- jas min. 400 cd/m2 max. 800 cd/m2
- kontrast min. 1 400:1
- horizontální úhel pohledu min. 176 stupňů
- vertikální úhel pohledu min. 176 stupňů
- počet zobrazovaných barev min. 16,7 mln.
- Konektory min. display Port, DVI-D
- extra funkce stabilizovaný podsvit panelu
- přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení
- korekce gama křivky s individuální kalibrací DICOM během výroby
- přesná DICOM GSDF kalibrace pomocí 14-bitové look-up tabulky
- Multiple OSD Lock-Out Modes
- **součástí bude dodávka 1 ks grafické karty pro diagnostické monitory, pro zajištění bezproblémového chodu monitorů s minimálními parametry:**
 - o 2 x 10-bitů výstup
 - o 1x DVI
 - o 1 x Display Port
 - o provedení PCI Express sběrnice
 - o 1GB RAM DDR3 (určené pro dodávané diagnostické monitory)



Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro předložení nabídek o celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2, uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. dubna 2018 v 10:00 hodin.

11.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **13. dubna 2018 v 10:00 hodin** na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ