



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 107/PJ/OVZ/2018

dne: 26. 02. 2018

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/Imunologie - chlazené centrifugy**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-003521**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Centrifuga – 2 kusy

V technické specifikaci je uveden parametr: „rozsah teplot v rotorovém prostoru – 10 až + 40 °C“

Byl by pro zadavatele akceptovatelný přístroj s rozsahem teplot – 9 °C až + 40 °C?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech.

Dotaz č. 2:

Centrifuga - 1 kus

V technické specifikaci je uveden parametr: „rozsah teplot v rotorovém prostoru – 10 až + 40 °C“

Byl by pro zadavatele akceptovatelný přístroj s rozsahem teplot – 9 °C až + 40 °C?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech.

Dotaz č. 3:

Mikrocentrifuga - 2 kusy

V technické specifikaci je uveden parametr: „Nastavení času: 0 – 99 minut, po vteřinách/minutách“

Akceptuje zadavatel přístroj s nastavením času v sekundách (a minutách), přičemž spodní hranice nastavitelného času je 30 sekund?



Odpověď:

Zadavatel tímto mění v čl. 2.2. zadávací dokumentace u všech požadovaných centrifug parametr nastavení času takto:

a) Centrifuga – 2 kusy

Text:

Nastavení času nejméně 90 minut

se nahrazuje textem:

Nastavení času: od min. 1 minut až min. 90 minut

b) Centrifuga – 1 kus

Text:

Nastavení času nejméně 90 minut

se nahrazuje textem:

Nastavení času: od min. 1 minut až min. 90 minut

c) Mikrocentrifuga - 2 kusy

Text:

Nastavení času: 0-99 minut, po vteřinách/minutách

se nahrazuje textem:

Nastavení času: od min. 1 minut až min. 90 minut

Dotaz č.4:

Mikrocentrifuga - 2 kusy

V technické specifikaci je uveden parametr: „Alespoň 9 možných nastavení zrychlení a brzdění rotoru“

Uvedený požadavek je obvyklý zejména u větších, multifunkčních centrifug. Akceptuje zadavatel přístroj, který disponuje specifickou funkcí pro aktivaci tzv. měkkého rozjezdu a brzdy centrifugy, ale nemá samostatné režimy zrychlení a brzdění?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech.



Zadavatel s ohledem na § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. dubna 2018 v 10:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **09. dubna 2018 v 10:00 hodin.**, na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky