



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 27. 2. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PdF - Dodávka hrnčířského kruhu, elektrického sporáku pro vypalování a příslušenství**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005125** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 21. 2. 2018

Prošli jsme Vámi dodanou technickou specifikací a bohužel nerozumíme položce elektrický sporák na vypalování hmot. Jedná se o běžný kuchyňský sporák, který je určený pro úpravu potravin? Nebo pec určená pro výpal keramických hmot, tzn. keramickou pec? Pokud máte na mysli keramickou pec, prosíme o bližší technickou specifikaci, děkuji.

Odpověď zadavatele

Nejedná se o pec určenou pro výpal keramických hmot. Jedná se o zařízení obdobných parametrů jako "běžný kuchyňský sporák". Budou vypalovány modelovací hmoty na bázi potravin (sušení slaneho těsta na modelování atp.) a připravovány pokrmy. Zařízení bude užíváno v souladu s pokyny výrobce. Zadavatel trvá na zveřejněných technických specifikacích.

Zadavatel nemění žádné technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Všechny zadávací podmínky tak zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ