



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 7. 3. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CMTF - Přístroje pro laboratoř ELISA**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005940** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 2. 3. 2018

1. část - promývačka - v požadavcích je uvedeno 8/12-kanálová promývací hlava pro stripy a standardní 96 jamkové mikrotitrační destičky. 8/12 znamená buď 8 nebo 12, nebo 8 i 12?

Odpověď zadavatele

Myslí se hlava 8 nebo 12 kanálová. 96 jamková destička (8x12 jamek) se plní buď po řadách s 8 jamkami, nebo po řadách s 12 jamkami.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 2. 3. 2018

1. část - promývačka - v požadavcích je uvedeno vícekrokové dávkování roztoku - co přesně tím zadavatel myslí?

Odpověď zadavatele

Vícekrokové dávkování znamená, že přístroj lze programovat do více kroků dle potřeby uživatele a metodiky, např. promývání, proplachování, třepání atd.

Dotaz dodavatele č. 3 ze dne 2. 3. 2018

1. část - promývačka - v požadavcích je uvedeno rozdělený systém dávkování tekutiny pro každý kanál zvlášť - co přesně tím zadavatel myslí?

Odpověď zadavatele

Rozdělený systém dávkování znamená, že přístroj má 3 různé láhve na 3 různé roztoky a mezi jednotlivými kroky se sám automaticky propláchne.



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dotaz dodavatele č. 4 ze dne 2. 3. 2018

3. část - třepačky - 1 ks minitřepačka, určená pro třepání /promíchání malých objemů - co znamená malých objemů (nejedná se náhodou o vortex?).

Odpověď zadavatele

Minitřepačka slouží k mixování a homogenizaci směsí na principu krouživého pohybu vyvolávající ve zkumavce vír. Přístroj by měl umožnit užití zkumavek o průměru do 30 mm a objemu do 50ml.

Zadavatel nemění žádné technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Všechny zadávací podmínky tak zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ