



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

V Olomouci dne 21. 3. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CMTF - Kompaktní chlazená multifunkční centrifuga**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-005826** Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 20. 3. 2018

Ve Vaší technické specifikaci uvádíte požadavek na „výkyvný rotor pro zkumavky typu Eppendorf o objemu 5 ml s kapacitou alespoň 20 zkumavek“

Naše centrifuga má výkyvný rotor pro zkumavky typu Eppendorf o objemu 5 ml s kapacitou 16 zkumavek a výkonem 3 328g. Připouštíte nabídku kompaktní chlazené multifunkční centrifugy s výkyvným rotorem pro zkumavky typu Eppendorf o objemu 5 ml s kapacitou 16 zkumavek, jinak splňující všechny minimální požadavky?

Odpověď zadavatele

Zadavatel nebude akceptovat kompaktní chlazenou multifunkční centrifugu s výkyvným rotorem pro zkumavky typu Eppendorf o objemu 5 ml s kapacitou 16 zkumavek. Zadavatel trvá na zadané kapacitě zkumavek u poptávaných rotorů.

Zadavatel nemění žádné technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Všechny zadávací podmínky tak zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Mgr. Dominika Doláková, administrátor VZ