



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Genius loci...

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 189/PJ/OVZ/2018

dne: 09. 04. 2018

Věc: Doplnění zadávací dokumentace č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**RCPTM/PřF – Generátor dusíku**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: Z2018-007997, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Chtěl jsem se zeptat na čistotu dusíku na zakázku „generátoru dusíku“ (https://zakazky.upol.cz/contract_display_3220.html) je opravdu 99,9999%, tedy $O_2 < 1$ ppm ?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje čistotu min. 99,9999 % tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky