



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 207/PV/OVZ/2018

dne: 13. 04. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**UV-VIS spektrofotometr pro FF UP v Olomouci**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-008955**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Požadujete 2 kyvety – měřicí a referenční. Námi nabízený spektrofotometr nemá 2 kyvety, ale má měřicí a referenční paprsek.

Zajímá mě, zda máme proto šanci vyhovět požadavkům VŘ, ostatní požadavky splňujeme, včetně 13 mm kyvet.

Odpověď:

Zadavatel trvá na minimálních technických požadavcích stanovených v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace, které musí být dodrženy pro splnění zadávacího podmínek.

Součástí technické specifikace předmětu veřejné zakázky je, že zařízení sestává mimo jiné „z prostoru pro vložení dvou kyvet (měrná a referenční)“. Tento požadavek je nedílnou součástí zadávacích podmínek a musí být splněn.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky