



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 240/PS/OVZ/2018

dne: 26. 4. 2018

Věc: Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**FTK – kardio stroje**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-009652**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace:

1) Dotaz:

Dodavatel, který má zájem o veřejnou zakázku financovanou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání upozorňuje zadavatele, že způsob nastavení technické specifikace předmětu plnění je v rozporu se zásadami stanovenými v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zejména pak zásady zákazu diskriminace, a to zejména diskriminace skryté, neboť některé z parametrů u požadovaných přístrojů jsou nastaveny bez bližšího odůvodnění tak, že neumožňují účast širšího okruhu dodavatelů, aniž by tento postup měl opodstatnění, zejména pak není zřejmé jaký účel je zadavatelem sledován u těchto konkrétních parametrů. Dodavatel uvádí konkrétní údaje, které jsou dle jeho názoru uvedeny v rozporu s výše citovanou zásadou:

Bod 1. až 4 - Konzole s Wifi – není zřejmé, k čemu je na trenažéru požadovaná tato funkce. Z našich dlouholetých zkušeností je tento požadavek zcela irelevantní ve vztahu k účelu zařízení.

Bod 2. - regulovatelná funkční zátěž umožňuje externí komunikaci - nerozumíme, co tím zadavatel přesně myslí?

Bod 2. Minimální vzdálenost pedálů 7,6 cm - proč minimální? Jak dospěl zadavatel právě na tuto hodnotu? Čím blíže jsou pedály k sobě, tím je postavení pedálů výhodnější pro uživatele. Jestliže někdo chce mít nohy dál od sebe, tak si může si nohu na pedálu posunout.

Bod 2. Minimální délka kroku 51 cm - proč právě na 51 cm? Tato délka diskriminuje osoby s nižší výškou postavy.

Bod 3. Nástupní výška max. 28 cm – proč max. 28 cm? Tato výška indikuje nízkou výšku schodu, což snižuje užitnou hodnotu trenažéru.

Bod 3. - minimálně 23 možných úrovní zátěže – proč tento konkrétní počet úrovní zátěže?

Bod 4. - Rozměr stroje od 260 cm x.... Proč se omezuje minimální rozměr, jaký to má vztah k funkčnosti zařízení.

Bod 5. - programování zátěže – Jaký účel má cyklotrenažér s programováním zátěže? Umožňuje zadavatel i ruční nastavení, otočením knoflíku?

S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu nastavení technických požadavků na předmět plnění a v souvislosti s požadovanou změnou technické specifikace i prodloužení termínu pro podání nabídek, a to v souladu se zákonem.

Odpověď:

Dotaz č. 1:

Body 1 až 4 - Konzole s Wifi – není zřejmé, k čemu je na trenažéru požadovaná tato funkce. Z našich dlouholetých zkušeností je tento požadavek zcela irelevantní ve vztahu k účelu zařízení.

Odpověď č. 1:

WiFi připojení je nutné pro interní sledování využití a připojitelnost kardio strojů při odborné výuce studentů tělesné výchovy. Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Bod 2 - regulovatelná funkční zátěž umožňuje externí komunikaci - nerozumíme, co tím zadavatel přesně myslí?

Odpověď č. 2:

Konzole umožňuje připojení na externí aplikaci, umožňující individuální vytvoření cvičebního programu a tedy ovládání zátěže.

Dotaz č. 3:

Bod 2 - Minimální vzdálenost pedálů 7,6 cm - proč minimální? Jak dospěl zadavatel právě na tuto hodnotu? Čím blíže jsou pedály k sobě, tím je postavení pedálů výhodnější pro uživatele. Jestliže někdo chce mít nohy dál od sebe, tak si může si nohu na pedálu posunout.

Odpověď č. 3:

Minimální vzdálenost pedálů 7,6 cm je požadována vzhledem ke studiím diagnostických středisek pro sportovní i kondiční běžce, kdy dolní končetiny by měly být v ose a tato vzdálenost je z biometrického hlediska nejvýhodnější. Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4:

Bod 2 - Minimální délka kroku 51 cm - proč právě na 51 cm? Tato délka diskriminuje osoby s nižší výškou postavy.

Odpověď č. 4:

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením, že tato délka kroku diskriminuje osoby s nižší výškou postavy. Standardní nastavení délky kroku bývá vyšší, bez ohledu na výšku postavy. Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5:

Bod 3 - Nástupní výška max. 28 cm – proč max. 28 cm? Tato výška indikuje nízkou výšku schodu, což snižuje užitnou hodnotu trenažéru.

Odpověď č. 5:

Nástupní výška 28 cm v tomto případě znamená maximální výšku části stroje, z kterého může uživatel bez možného omezení začít plně využívat toto zařízení.

Dotaz č. 6:

Bod 3 - minimálně 23 možných úrovní zátěže – proč tento konkrétní počet úrovní zátěže?

Odpověď č. 6:

Zadavatel pro komplexní využití kardio-přístroje předpokládá využití nejméně 23 zamýšlených cvičebních programů, proto vyžaduje přístroj, který má nejméně toto množství úrovní zátěže. Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 7:

Bod 4 - Rozměr stroje od 260 cm x ... Proč se omezuje minimální rozměr, jaký to má vztah k funkci zařízení.

Odpověď č. 7:

Vzhledem k využitelnosti stroje, s ohledem na délku kroku v rozmezí 0 – 95 cm je potřeba stabilní základnu s perfektním rozložením těžiště stroje. Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 8:

Bod 5 - programování zátěže – Jaký účel má cyklotrenažér s programováním zátěže? Umožňuje zadavateli i ruční nastavení, otočením knoflíku?

Odpověď č. 8:

Ano, je možné ruční nastavení kolečkem, knoflíkem nebo páčkou.



- 2) Zadavatel tímto v návaznosti na podané vysvětlení a v souladu s 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. a 11.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. května 2018 v 13:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Šohaj

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **10. května 2018 v 13:00 hodin**, na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky