



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 285/PS/OVZ/2018

dne: 15. 5. 2018

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**LF – Anesteziologický systém a reverzní osmóza**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-012952**, Vám v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

1) Znění dotazu pro první část veřejné zakázky:

- 1) Zadávací dokumentace stanovuje: „Vaporizér pro izofluran a servofluran“. Obvykle se používá jenom jedna z těchto látek. Rádi bychom tedy věděli, zda trváte na dodání „vaporizéru pro izofluran A servofluran“ nebo zda by stačil „vaporizér pro izofluran NEBO servofluran“.
- 2) Jaký řádek platí pro indukční komory? Platí řádek č. 2 („Indukční komora pro myš a potkana,“) nebo řádek č. 6 („Indukční komora pro myš, potkana, morče a králíka“)? Pokud jde o velikosti indukčních komor, pak na každý typ zvířete je jiná velikost – vzestupně od myší přes potkany až po králíky a morčata. Kterými velikostmi se máme řídit?
- 3) Je nutné, aby byl anestetický systém proplachován kyslíkem? Stačilo by propláchnutí vzduchem? Účel proplachování je zbavit systém anestetického plynu a toho vzduch docílí stejně tak dobře jako kyslík. Není nám známa přednost proplachování kyslíkem.

Odpověď:

Na dotaz č. 1:

Dostačující je vaporizér na Izofluran.

Na dotaz č. 2:

Platí řádek č. 6, indukční komora pro myš, potkana, morče a králíka.

Na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat propláchnutí anestetického systému kyslíkem nebo vzduchem.



Zadavatel v návaznosti na výše uvedené odpovědi mění technickou specifikaci pro část 1. veřejné zakázky, tak jak je uvedena v čl. 2.2. zadávací dokumentace, která nově zní takto:

Předmět plnění 1. části veřejné zakázky s názvem „Anesteziologický systém pro laboratorní zvířata“:

Počet kusů: 1

Vaporizér pro izofluran nebo servofluran

Zvířata velikosti od novorozence po dospělé myš, potkan, morče, králík

Inhalační maska pro myš, potkan, morče, králík

Průtokoměr pro O₂ a pro anestetikum

Indukční komora pro myš, potkana, morče a králíka

Možnost proplachu indukční komory kyslíkem nebo vzduchem před odstraněním zvířat z indukční komory

- 2) Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 10.1. a 10.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. června 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Pavel Šohaj

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

10.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **21. června 2018 v 09:00 hodin**, na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky