



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 391/PJ/OVZ/2018

dne: 09. 07. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF UPOL - CO2 inkubátory III.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: : **Z2018-021086**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel dle zadávací dokumentace v části Technická specifikace předmětu veřejné zakázky požaduje CO2 inkubátor o min. 165 L vnitřního objemu při zachování šířky přístroje max. 65 m. Bude zadavatel akceptovat 160 L vnitřního prostoru při zachování šířky 64,5 m?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky