



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 399/PJ/OVZ/2018

dne: 16. 07. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF UPOL - CO2 inkubátory III.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: : **Z2018-021086**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

1. Vnější šířka inkubátoru maximálně 65 cm

Dotaz č. 1:

Máme k dispozici přístroj o objemu 170L, který má šířku 68,6 cm. Akceptuje zadavatel tuto maximální šířku přístroje?

2. Zadavatel požaduje:

nucený oběh vzduchu-uniformita teploty, CO2 i vlhkosti

Dotaz č. 2:

Máme k dispozici přístroj s jemnou konvenkční distribucí tepla, vlhkosti a CO2 plynu, zajišťující stabilní teplotní a CO2 kontrolu uvnitř komory. Přístroj dále umožňuje eliminaci buněčného stresu v důsledku fluktuace teploty a plynu. Absence ventilátoru zabrání možné kontaminaci a vibracím v interiéru a také není potřeba vyměňovat HEPA filtr (náklady). Akceptuje zadavatel navrhované řešení uniformity vnitřního prostředí?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky