



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 404/PJ/OVZ/2018

dne: 18. 07. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**Pulzní laserová stanice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-021395**, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Dotaz:

Ráda bych se Vás pozeptala na „uživatelskou kalibraci“. Co to přesně znamená. Výrobce tuto možnost neposkytuje.

Odpověď:

Uživatelskou kalibrací je myšleno standardní a běžné provedení kontroly vybraných systémových parametrů nutných pro přesnost měření a jejich případné korekce. Jedná se o kalibraci pouze softwarového nastavení. Dodavatelé toto běžně zajišťují po dobu záruky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky