



**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC**

---

č.j.: 449/PJ/OVZ/2018

dne: 13. 08. 2018

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF UPOL/CEREBIT – chlazené centrifugy**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-024866**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1:**

A / Velkoobjemová centrifuga chlazená :

Chlazená centrifuga s teplotním rozsahem : - 20 ... +40° C, garance výrobce max. teploty v rotorové komoře při max. výkonu < 4 ° C . Nabízený úhlový rotor : 6 x 500 ml ( 3 L ), RCF x g rotoru 17 207 x g. Datové rozhraní RS 232 a max. parametry centrifugy rpm / RCF x g = 15 000 / 25 155 x g. V ostatních požadovaných parametrech jsou podmínky zadavatele plněny. Lze tuto centrifugu nabídnout ?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na dodržení stanovených technických parametrů.

**Dotaz č. 2:**

B / Centrifuga univerzální chlazená s fixním rotorem:

Chlazená centrifuga s teplotním rozsahem : - 20 ... +40° C, garance výrobce max. teploty v rotorové komoře při max. výkonu < 4 ° C . Nabízený úhlový rotor 8 x 50 ml RCF = 21 191x g. Úhlový rotor - úhel 25°, paměť na 60 programů . Počet možných nastavení akcelerace a decelerace po 30ti . Lze tuto centrifugu nabídnout ?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na dodržení stanovených technických parametrů.

**Dotaz č. 3:**

C / předpokládáme, že součástí dodávky mají být i plastové lahve a plastové zkumavky s kónickým dnem v minimálním počtu postačujícím k úplnému osazení rotoru. Je tomu tak ?



**Odpověď:**

Jak je uvedeno ve specifikaci k velkoobjemové centrifuze, zadavatel požaduje také centrifugační lahve o objemu alespoň 3l kompatibilní s rotorem.

S pozdravem

---

Mgr. Petra Jungová, LL.M.  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky