



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 488/PJ/OVZ/2018

dne: 13. 09. 2018

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**RCPTM/PřF – mikroskop s mikromanipulací**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-030421**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci v části B. Dva elektronické mikromanipulátory upevněné přímo na těle mikroskopu, které splňují níže uvedené požadavky a obsahují níže uvedené součásti a příslušenství a jsou s nimi plně kompatibilní:

-rozsah pohybu každého z nich min.: X:20 mm, Y:20 mm, Z: 30 mm

Dotaz:

Nabízíme rozsah pohybu každého z nich X:20 mm, Y:20 mm, Z: 20 mm. Bude zadavatel akceptovat tento rozsah?

Odpověď:

Zadavatel trvá na splnění technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky