



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 518/PS/OVZ/2018

dne: 19. 10. 2018

Věc: Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF – drobné laboratorní přístroje**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-034727**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

Máme zájem podat nabídku k veřejné zakázce "LF – drobné laboratorní přístroje", část 2 - Přesné váhy.

K této části zakázky, konkrétně k parametrům požadovaného přístroje, máme dva technické dotazy:

Dotaz č. 1:

V požadavcích je uveden parametr „Minimální zátěž =< 1 mg“. Podle nám dostupných informací, při váživosti min. 100 – 220 g je tento parametr nespílitelný v rámci jakéhokoliv přístroje na trhu. Můžete prosím ověřit, že jde skutečně o minimální zátěž a ne jiný parametr, přeložený např. volně z angličtiny?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že při zapsání údaje došlo k chybě v řádu u parametru „minimální zátěž“, uvedeném v čl. 2.2 zadávací dokumentace. Tímto zadavatel opravuje požadovanou hodnotu parametru „Minimální zátěž =< 1 mg“:

Na znění následující:

„Minimální zátěž =< 10 mg“



Dotaz č. 2:

Maximální přípustný čas stabilizace je uveden 3,5 s. Má tento parametr praktické odůvodnění nebo je zařízení s časem stabilizace 4 s také vyhovující pro předpokládaný účel použití?

Odpověď:

Zadavatel tímto opravuje parametr „čas stabilizace“, uvedený v čl. 2.2 zadávací dokumentace a to tak, že hodnotu tohoto parametru mění z „čas stabilizace: do 3,5 s“

Na znění následující:

„čas stabilizace: do 4 s“

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **22. 11. 2018 v 10:00 hodin.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky