



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 536/PJ/OVZ/2018

dne: 13. 12. 2018

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2018-040731**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz c. 1:

Otázka 1: U položky č. 1 v dokumentaci je uvedeno „Velikost jádra HPLC partikulí: 3.8 mm, porézní obálka partikulí: 0.6 mm“. Velikost jáder pro HPLC je udávána v jednotkách „um“. Trvá zadavatel na jednotkách „mm“?

Odpověď:

Zadavatel ve třetí části veřejné zakázky v příloze č. 5 (technická specifikace jednotlivých plnění) nahrazuje u položky č. 1 následující specifikaci:

HPLC kolona C18 na separaci peptidů/proteinů, velikost 250 x 4,6 mm, založená na technologii Core-Shell (porézní materiál na silika jádře) s velikostí částic 5 mm. Velikost jádra HPLC partikulí: 3,8 mm, porézní obálka partikulí: 0,6 mm, pH stabilita: 1,5 – 9, tlaková odolnost: min. 600 barů.

Textem:

HPLC kolona C18 na separaci peptidů/proteinů, velikost 250 x 4,6 mm, založená na technologii porézního materiálu na silika jádře s velikostí částic 5 µm. Velikost jádra HPLC partikulí: 3,8 µm, porézní obálka partikulí: 0,6 µm, pH stabilita: 1,5 – 9, tlaková odolnost: min. 600 barů.

Dotaz c. 2:

U položky č. 1 v dokumentaci je uvedeno „Velikost jádra HPLC partikulí: 3.8 mm“. Trvá zadavatel na velikosti 3.8 nebo může být menší?

Odpověď:

Zadavatel trvá na partikulaci 3,8 mm.



Dotaz c. 3:

U položky č. 1 v dokumentaci je uvedeno „HPLC kolona C18 na separaci peptidů/proteinů, velikost 250 x 4,6 mm, založená na technologii Core-Shell (porézní materiál na silika jádře) s velikostí částic 5 mm“. Trvá zadavatel na označení kolon „Core-Shell“ (jedná se obchodní značku) nebo je možné zachovat podmínku technologie tj. „porézní materiál na silika jádře“?

Odpověď:

Zadavatel touto změnou upravil specifikaci položky č. 1 (viz odpověď na dotaz č. 1 této změny).

Dotaz c. 4:

Otázka 4: U položky č. 4 v dokumentaci je uvedeno „Cartridgový systém kompatibilní se dvěma nabízenými kolonami s vhodnými HPLC sorbenty, 2 balení- v každém balení 10 ks výměnných cartridge“. Je možné nabídnout kompatibilní systém pro dvě nabízené kolony, které je jiné než je podmínka, že v každém balení musí být 10 ks výměnných cartridge ? Jednalo by se kompatibilní zařízení, které využívá 1 cartridge např. o délce 2 cm.

Odpověď:

Zadavatel ve třetí části veřejné zakázky v příloze č. 5 (technická specifikace jednotlivých plnění) nahrazuje u položky č. 4 následující specifikaci:

Cartridgový systém kompatibilní se dvěma nabízenými kolonami s vhodnými HPLC sorbenty, 2 balení – v každém balení 10 ks výměnných cartridge

Textem:

Cartridgový systém kompatibilní se dvěma nabízenými kolonami s vhodnými HPLC sorbenty.

Zadavatel dále touto změnou č. 2 mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, vše uvedeno v čl. 4 zadávací dokumentace a v oznámení o zahájení zadávacího řízení takto:
Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jednotlivých částí:

386.770,- Kč bez DPH v členění:

1. část veřejné zakázky -	133.020,- Kč bez DPH
2. část veřejné zakázky -	169.250,- Kč bez DPH
3. část veřejné zakázky -	84.500,- Kč bez DPH



se nahrazuje takto:

408.870,- Kč bez DPH v členění:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. část veřejné zakázky - | 135.120,- Kč bez DPH |
| 2. část veřejné zakázky - | 169.250,- Kč bez DPH |
| 3. část veřejné zakázky - | 104.500,- Kč bez DPH |

Zadavatel dále touto změnou č. 2 v druhé části veřejné zakázky v příloze č. 5 (technická specifikace jednotlivých plnění) nahrazuje u položky č. 17 následující text názvu položky a specifikaci:

Víčka k 10 ml reakčním vialkám pro mikrovlnné reaktory série Discover SP, silikon/PTFE septum	Víčka k 10 ml reakčním vialkám pro mikrovlnné reaktory série Discover SP, materiál silikonový uzávěr s PTFE septem
--	---

textem:

Víčka k 10 ml reakčním vialkám pro mikrovlnné reaktory, silikon/PTFE septum	Víčka k 10 ml reakčním vialkám pro mikrovlnné reaktory, materiál silikonový uzávěr s PTFE septem
---	---

Zadavatel dále touto změnou č. 2 ve třetí části veřejné zakázky v příloze č. 5 (technická specifikace jednotlivých plnění) nahrazuje u položky č. 2 následující text specifikace:



HPLC kolona C18 na separaci peptidů/proteinů, velikost 250 x 4,6 mm, z plně porézního materiálu a s velikostí částic 5 mm. Velikost pórů HPLC partikulí: 300 Å, pH stabilita: 1,5 – 10.

Textem:

HPLC kolona C18 na separaci peptidů/proteinů, velikost 250 x 4,6 mm, z plně porézního materiálu a s velikostí částic 5 µm. Velikost pórů HPLC partikulí: 300 Å, pH stabilita: 1,5 – 10.

Zadavatel tímto jako přílohu této změny předkládá nové, úplné znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. ledna 2019 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003534>.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky