

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 014/OVZ/PS /2019

dne: 7. 2. 2019

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce zadávané v podlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Dodávka elementárního mikroanalyzátoru**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

1) musí být uzpůsoben pro stanovení obsahu prvků uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N) na jednom přístroji v rámci jediné analýzy

Je možné dodat mikroanalyzátor již v základu umožňující také stanovení obsahu síry pomocí TCD detektoru?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, je možno dodat mikroanalyzátor již v základu umožňující také stanovení obsahu síry pomocí TCD detektoru.

2) musí být uzpůsoben pro navážky vzorků v rozsahu alespoň od 0,01 mg až do 100 mg

Upozorňujeme, že analytická chyba v případě nejnížší vámi požadované navážky bude způsobena chybou v navážkách, ne technickými možnostmi samotného analyzátoru. Je možné to zohlednit v technické specifikaci?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na stanovených technických specifikacích.

3) musí být modulární pro možné budoucí rozšíření o FPD detektor

Je možné použít pro stanovení stopového množství síry NDIR detektor, který umožňuje větší citlivost stanovení S než FPD detektor? Dle našich znalostí FPD detektor nabízí pouze jeden výrobce mikroanalyzátorů.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel mění bod 2.2 zadávací dokumentace – technickou specifikaci veřejné zakázky. V tomto bodě se následující parametr:

- musí být modulární pro možné budoucí rozšíření o FPD detektor

mění tak, že nově zní:

- musí být modulární pro možné budoucí rozšíření o citlivější nebo selektivnější typ detektoru, např. FPD nebo NDIR detektor

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 12 odst. 12.1 zadávací dokumentace:

12.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 2. 2019 v 10:00 hodin.**

a v čl. 4 Výzvy k podání nabídek:

4 Nabídka, lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 2. 2019 v 10:00 hodin.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky