



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 025/PJ/OVZ/2019

dne: 21. 02. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/CRH – Pipetovací robot**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2019-003866**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Výměnné air filtry pro zamezení kontaminací aerosoly.

Požadujete, aby měl přístroj prostředí s HEPA filtrací nebo to znamená, že má přístroj operovat s filtračními špičkami?

Odpověď:

Zadavatel v technické specifikaci uvedl, že požaduje výměnné air filtry pro zamezení kontaminací aerosoly, žádné další bližší specifikace zadavatel neupřesnil. Zadavatel trvá pouze na dodržení výše uvedeného požadavku.

Dotaz č. 2:

Nástavec pro každou základní velikost špičky (10 µl, 100/200 µl, 1.000 µl); pozice pro odpadní špičky.

Od našeho výrobce můžeme dodat nástavec pokrývající pipetovací rozsah s následujícími špičkami:

10 ul: 0.5-10 ul

50 ul: 0.5-50 ul

300 ul: 10-300 ul

1000 ul: 10-1000 ul

Je to přijatelné?

Odpověď:

Z provozních důvodů zadavatel trvá na dodržení stanovených technických parametrů.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky