



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 033/PV/OVZ/2019

dne: 07. 03. 2019

Věc: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CO2/O2 inkubátory pro LF UP v Olomouci (toxikologie) II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-006585**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

v technické specifikaci je požadováno : Vnitřní elektrický port pro připojení třepačky (pro připojení třepačky ve vlhkém prostředí uvnitř inkubátoru).

Dotaz: Může zadavatel specifikovat parametry tohoto portu (napětí, příkon). Je tím myšlena klasická zásuvka na 230 V?

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že se nejedná o klasickou zásuvku na 230V.

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu doplňuje technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Požadavek na „*Vnitřní elektrický port pro připojení třepačky (pro připojení třepačky ve vlhkém prostředí uvnitř inkubátoru) - třepačka není předmětem veřejné zakázky*“ uvedený v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace se doplňuje tak, že nově zní:

„*Vnitřní elektrický port **24V / 2A** pro připojení třepačky (pro připojení třepačky ve vlhkém prostředí uvnitř inkubátoru) - třepačka není předmětem veřejné zakázky*“

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:



11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **05. 04. 2019 v 09:00 hodin.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky