



**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC**

---

dne: 20. 3. 2019

**Věc: Vysvětlení/Doplnění zadávací dokumentace č. 2**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL - Dodávka FTIR spektrometru**“, zadávané v otevřeném řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1:**

Prosíme o bližší vysvětlení požadavku „automatické seřizování interferometru a rovněž infračerveného záření dopadajícího na detektor se všemi dodávanými nástavci a automatickou korekci na teplotní mikrodeformace“. Požadujete dynamickou optimalizaci systému při každém scanu?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje, aby modulátor byl vybaven elektronicky řízenou dynamickou optimalizací systému při každém scanu, tzn., že optická lavice FTIR spektrometru je optimalizována na maximální energetickou propustnost záření po celé optické dráze při každém scanu (každou sekundu); permanentní seřízení spektrometru je proto neakceptovatelné. Dalším důležitým požadavkem je, aby systém umožňoval automatické seřizování spektrometru před vlastním měřením jako korekci na teplotní mikrodeformace materiálů děliče paprsků, interferometru, zrcadel spektrometru a příslušenství. Zadavatel požaduje automatické seřizování interferometru a rovněž infračerveného záření dopadajícího na detektor se všemi dodávanými nástavci.

**Dotaz č. 2:**

V technické specifikaci chybí požadavek na řídicí laser. Prosíme o bližší specifikaci.

**Odpověď na dotaz č.2:**

Zadavatel neomezuje technologii řídicího laseru, proto na něj nestanovuje bližší požadavky.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky