



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 045/PV/OVZ/2019

dne: 28. 03. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CO2/O2 inkubátory pro LF UP v Olomouci (toxikologie) II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-006585**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je požadováno:

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadávatel k dosažení všech parametrů požadovaných Zadávatel v této Dokumentaci.

Dotaz: Znamená tento požadavek, že bude součástí dodávky i dodávka tlakových bomb s CO2 včetně redukčních ventilů?

Dále jelikož jsou specifikovány i regulační rozsahy pro kyslík, jsou požadovány jako součást dodávky i tlakové bomby s kyslíkem včetně redukčních ventilů?

Odpověď:

Tlakové bomby s CO2 ani redukční ventily nejsou předmětem dodávky.

Tlakové bomby s O2 ani redukční ventily nejsou předmětem dodávky.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky