



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 075/PJ/OVZ/2019

dne: 20. 06. 2019

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/ITI – Dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2019-017905**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: Zadavatel v příloze č. 4 Zadání, v návrhu kupní smlouvy na dodávku kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu, požaduje záruku 12 měsíců (článek VI. Kupní smlouvy).

Na Waters spotřební materiál je záruka 90 dní od dodání. Bude akceptována nabídka se zárukou 90 dní na spotřební materiál?

Odpověď:

Zadavatel v čl. VI. odst. 1 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace (kupní smlouva) nahrazuje stávající text:

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce **12 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.

Textem:

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce **90 dnů** ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.

Dotaz č.2: Zadavatel v tabulce přílohy č. 5, Technická specifikace jednotlivých částí v části: “Kolony1”

Požaduje jako položky č. 6 a 7 preparační kolony velikosti 21,2 x 50 mm a 21,2 x 100 mm. Budou akceptovány preparační kolony velikosti 19 x 50 mm a 19 x 100 mm, které splňují ostatní uvedené parametry?



Odpověď:

V tabulce přílohy č. 5, Technická specifikace jednotlivých částí v 1. části veřejné zakázky "Kolony I." se mění text ve sloupci „specifikace“ u položky č. 6 a 7 následovně:

Položka č. 6:

Původní text:

Preparační kolona; velikost 21.2 x 100 mm; pevná fáze C18; velikost částic sorbentu 5 µm; nutná kompatibilita s přístrojem Agilent 1290 Infinity II

Nové znění:

Preparační kolona; velikost min. 19 x 50 mm; pevná fáze C18; velikost částic sorbentu 5 µm; nutná kompatibilita s přístrojem Agilent 1290 Infinity II

Položka č. 7:

Původní text:

Preparační kolona; velikost 21.2 x 50 mm; pevná fáze C18; velikost částic sorbentu 5 µm; nutná kompatibilita s přístrojem Agilent 1290 Infinity II

Nové znění:

Preparační kolona; velikost min. 19 x 100 mm; pevná fáze C18; velikost částic sorbentu 5 µm; nutná kompatibilita s přístrojem Agilent 1290 Infinity II

Dotaz č.3: V tabulce přílohy č. 5, Technická specifikace jednotlivých částí, v 2. části veřejné zakázky "Kolony a související materiál" požaduje jako položku č. 15 "inserty pro šroubovací vialky o objemu 0,1 ml".

Budou akceptovány inserty o objemu 0,15 ml splňující ostatní parametry?



Odpověď:

V tabulce přílohy č. 5, Technická specifikace jednotlivých částí, v 2. části veřejné zakázky "Kolony a související materiál" se mění ve sloupci „specifikace“ v položce č. 15 zadání z původního textu:

Materiál čiré sklo, vhodné pro vialky 1,5 mL, typ ND10, objem 0,1 mL, s plastovou nožičkou.

Na nový text:

Materiál čiré sklo, vhodné pro vialky 1,5 mL, typ ND10, objem min. 0,1 mL, s plastovou nožičkou.

Dotaz č.4: V tabulce přílohy č. 5, Technická specifikace jednotlivých částí, v 2. části veřejné zakázky "Kolony a související materiál" požaduje jako položku č. 16 uzávěry pro šroubovací vialky, "septum tloušťky 1 mm z materiálu PTFE červený/bílý silikon/PTFE červený". Budou akceptována septa bílý PTFE/bílý silikon, elektronicky navařená k vrškům?

Odpověď:

V tabulce přílohy č. 5, Technická specifikace jednotlivých částí, v 2. části veřejné zakázky "Kolony a související materiál" u položky č. 16 uzávěry pro šroubovací vialky se text ve sloupci „specifikace“ mění z textu:

Materiál PP, pro vialky 1,5 mL, typ ND10, otvor 7 mm, septum tloušťky 1 mm z materiálu PTFE červený/bílý silikon/PTFE červený.

Na nový text:

Materiál PP, pro vialky 1,5 mL, typ ND10, otvor 7 mm, septum tloušťky 1 mm z materiálu PTFE červený/bílý silikon/PTFE červený nebo bílý PTFE/bílý silikon, elektronicky navařené k vršku.



Zadavatel touto změnou č. 1 také napravuje administrativní překlep a následující text uvedený v zadávací dokumentaci, včetně přílohy č. 4 a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323

„Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

Nahrazuje textem:

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje”,
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827

V příloze této změny č. 1 zadavatel předkládá nové a úplné znění přílohy č 4 a 5 zadávací dokumentace.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. července 2019 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003694>.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky