



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 078/PJ/OVZ/2019

dne: 24. 06. 2019

Věc: Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**RCPTM - FOTOREAKTOR**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: Z2019-020526, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Zadavatel odstraňuje administrativní překlep a z čl. 2.2. zadávací dokumentace vypouští následující text: Dodaný laser musí být nanosekundový OPO laser (laserem čerpaný optický parametrický).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prokazatelný administrativní překlep, který nemění žádné podmínky pro podání nabídky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky