



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 096/PJ/OVZ/2019

dne: 15. 07. 2019

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/RCPTM – Pyrolytická pec (Zařízení pro pyrolýzu biomasy)**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2019-019806**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení použití chladiče kapaliny (-80 °C do +20 °C). Konkrétně o vysvětlení způsobu dodávky chladicí kapaliny do chladiče (dodávka zadavatele) či má být chladič dodán s chladicí kapalinou?

Odpověď:

Řešení systému chlazení kondenzátoru odchozích plynů je ponecháno na dodavateli ve veřejné zakázce. Předpokládá se dodávka uzavřeného chladicího okruhu splňujícího požadovaný teplotní rozsah -80 °C do +20 °C. Zařízení musí být nainstalováno a uvedeno do provozu bez jakýchkoliv dalších dodatečných nákladů zadavatele, tzn. i včetně funkčního systému chlazení.

Dotaz č. 2:

Sběr kondenzovaných plynů a spalování. Předpokládá se odvod spalin do odtahu v laboratoři jako dodávka dodavatele? Jak je vzdálen odtah od místa sběru a spalování, jaký průměr hadice do odtahu se předpokládá?

Odpověď:

Laboratoř je vybavena aktivním odtahem (s vlastním odtahovým ventilátorem). V dodávce se počítá s napojením na tento odtah. Vzdálenost mezi zařízením a připojovacím místem odtahu bude max. 3 m, průměr vstupu do odtahu je max. 150 mm.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky