

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

dne: 13. 08. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**RCPTM – Ramanův mikroskop**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-020842**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje následující:

„spektrograf musí být vybaven šedým filtry s možností stínění excitačního záření v rozsahu minimálně 0,0001 – 100 % s přesností a velikostí kroku 0.1 mW nebo v rozsahu od 0,0005% do 100% (0,0005%, 0,005%, 0,05%, 0,1%, 0,125%, 0,25%, 0,5%, 1%, 10%, 25%, 50%, 100%).“

Námi nabízený přístroj používá šedé filtry v rozsahu od 0,00000005 do 100% v 16-ti různých odlišných krocích:

(od 0,00000005%, 0,0000001% , 0,0000005%,0,000001%,0,000005%,0,00001%,0,00005%, 0,0001%,0,05%,0,1%,0,5% ,1%, 5%,10%,50%,do 100%),

Splníme tedy požadavek na minimální rozsah 0,0001 až 100%, jen s odlišným krokem tlumení intensity laseru. Bude toto řešení zadavatel akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených zadávacích podmínkách tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a změnách č. 1 až 3.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky