



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

V Olomouci dne 14. 08. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu**“ – 3. část veřejné zakázky „**Laboratorní plasty III.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-023800**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V příloze č. 5 zadávací dokumentace u položky č. 2 v části 3 požaduje zadavatel mikrotitrační destičky pro ELISA testy. Jakou formu úpravy povrchu jamek zadavatel požaduje? Pro účely imunoanalýzy se používají povrchově upravené jamky (hydrofobní/hydrofilní úprava) pro optimální adsorpci zkoumaných molekul. Požaduje zadavatel jednu z výše zmíněných povrchových úprav nebo stačí mikrotitrační destičky bez povrchové úpravy?

Odpověď:

Zadavatel požaduje mikrotitrační destičky bez povrchové úpravy.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky