

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 107/PJ/OVZ/2019

dne: 23. 08. 2019

Věc: Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**RCPTM – Ramanův mikroskop**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-020842**, Vám v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto odstraňuje administrativní překlep, kdy v rámci změny č. 3 ze dne 01.08.2019 byl chybně upraven text v rámci odpovědi na dotaz č. 1, neboť nebyly zaznamenány předchozí provedené změny.

Zadavatel tímto předkládá správné a úplné znění následujícího technického parametru:

Požadovaný technický parametr ve znění změny č. 3:

- Systém musí být vybaven motorizovaným XYZ stolem k mikroskopu umožňující posun v osách X, Y a minimálně v rozsahu 110mm (X) x 75mm (Y). Velikost kroku posuvu v osách X a Y nesmí být větší než 100 nm. Velikost kroku posuvu v ose Z nesmí být větší 20 nm. Rozsah pohybu v ose Z není omezen, avšak musí umožnit zaostření na vzorek o maximální výšce 5 mm. Ovládání pohybu pomocí SW, joysticku a ručně. Joystick bude součástí dodávky.

se nahrazuje vzhledem k provedeným změnám tímto novým textem:

- Systém musí být vybaven motorizovaným XYZ stolem k mikroskopu umožňující posun v osách X, Y a minimálně v rozsahu 75 mm (X) x 50 mm (Y). Velikost kroku posuvu v osách X a Y nesmí být větší než 100 nm. Velikost kroku posuvu v ose Z nesmí být větší 100 nm. Rozsah pohybu v ose Z není omezen, avšak musí umožnit zaostření na vzorek o maximální výšce 5 mm. Ovládání pohybu pomocí SW, joysticku. Joystick bude součástí dodávky.

Zadavatel touto změnou mění současně termín plnění uvedený v čl. 2.5. zadávací dokumentace, v čl. II. odst. 1 kupní smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a v oddíle II.2.7.) Oznámení o zaházení veřejné zakázky, kdy se **původní termín 84 dnů zkracuje na 77 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy.**

V tomto smyslu je dodavatel v rámci své nabídky povinen provést úpravu předkládané kupní smlouvy.



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05. září 2019, 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky