



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

V Olomouci dne 18. 09. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL - Ultramikrotom na řezání ultratenkých řezů pro elektronovou mikroskopii**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Vážený,

naše firma by se ráda zúčastnila tendru na dodávku ultramikrotomu. Existují pouze 2 firmy vyrábějící ultramikrotomy. Byť rozdíly mezi nimi jsou jen technologické bez jakéhokoliv vlivu na výsledný řez, přesto zadání technické specifikace je napsáno jen na technologii jednoho výrobce. Proto bychom rádi položili doplňující otázky:

1) Automatické krájení může být motorické nebo gravitační. Bude zadavatel akceptovat motorickou technologii způsobu krájení?

Odpověď:

Zadavatel požaduje výhradně ultramikrotom s gravitačním krájením pro absolutní minimalizaci otřesů při krájení ultratenkých řezů. Zadavatel trvá na dodržení požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

2) Pohyb nože v ose X tzn. doleva či doprava pro nastavení nože před krájením naopak nemusí být motorizované. Bude zadavatel akceptovat precizní manuální posun nože v ose X?

Odpověď:

Zadavatel požaduje motorizovaný pohyb v ose X z důvodu přesného stanovení velikosti krájené plochy, možnosti automatického trimování vzorku, monitoru opotřebení diamantového nože a minimálního ergonomického zatížení operátora. Zadavatel trvá na dodržení požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

V.Z.

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky