



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

dne: 9. 10. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/UPOL – Stolní chlazená centrifuga**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-033041**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme náš dotaz:

Zadavatel ve specifikaci požaduje rozsah nastavení teploty centrifugy od -10 °C do +40°C.

Dotaz:

Nabízíme model chlazené centrifugy s rozsahem nastavitelných hodnot od -9 °C až do +40°C.

Bude zadavatel souhlasit s takovýmto nastavením hodnot?

Ostatní parametry centrifuga splňuje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky