



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 126/PJ/OVZ/2019

dne: 11. 10. 2019

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**CRH PŘF – Čtečka mikrotitračních destiček**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2019-033669**, Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz:

Zadavatelem je v rámci minimálních technických parametrů mj. požadováno: „Citlivost fluorescenčních měření: Nejlépe čtení: < 0,4 fmol fluoresceinu / jamka (384-jamková destička); Spodní čtení: < 5 fmol fluoresceinu / jamku (96-jamková destička)“

Námi nabízený multifunkční monochromátorový reader má citlivost pro horní čtení fluorescence 0,17 fmol fluoresceinu na jamku (384jamková destička) a pro spodní čtení fluorescence 9 fmol fluoresceinu na jamku (96jamková destička).

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout při splnění všech ostatních požadovaných parametrů tento reader s vyšší citlivostí čtení horní fluorescence a o něco nižší citlivostí spodní fluorescence?

Odpověď:

Zadavatel tímto nahrazuje následující technický parametr uvedený v čl. 2.2. zadávací dokumentace v části „fluorescence“:

- Citlivost: Nejlépe čtení: < 0,4 fmol fluoresceinu / jamka (384-jamková destička); Spodní čtení: < 5 fmol fluoresceinu / jamku (96-jamková destička),

textem:

- Citlivost fluorescenčních měření: 0,10 - 0,4 fmol fluoresceinu / jamka (384-jamková destička); Spodní čtení: 5-10 fmol fluoresceinu / jamka (96-jamková destička)

Zadavatel na základě provedené změny tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. listopadu 2019 v 09:00 hodin.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003804>.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Genius loci...