



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

V Olomouci dne 06. 11. 2019

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-038185**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

část 6, položka 3:

Horizontálně orbitální třepačka - Kompaktní s platformou k promývání gelů/membrán a míchání komponentů ve zkumavkách. Kruhový pohyb. Spínač pro trvalý chod, kontinuální provoz min. 72 h. Včetně ploché univerzální platformy s gumovou podložkou. Minimální pracovní velikost platformy 25 x25 cm, nastavení rychlosti od 0 - 800 rpm.

Vzhledem k specifikaci nastavení rychlosti zadavatelem a vlastnostech horizontálně orbitálních třepaček běžně dostupných pro český trh, prosíme o ověření těchto parametrů.

Připouští prosím zadavatel nastavení rychlosti i jiné než od 0-800 rpm? Je možné nabídnout přístroj s nastavením rychlosti 3 to 70 rpm případně 1 - 99 rpm? Je prosím možné nabídnout i větší rozměr platformy například 350 x 300 mm nebo 480x380 mm?

Odpověď:

Minimální zadavatelem požadovaná pracovní velikost platformy je 25 x 25 cm – lze tedy nabídnout i větší pracovní velikost platformy.

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 6. části veřejné zakázky (Laboratorní vybavení) pro položku č. 3 uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

- a) Požadavek na „Horizontálně orbitální třepačka“ se mění tak, že nově zní „**Orbitální třepačka**“.

- b) Požadavek na „Kompaktní s platformou k promývání gelů/membrán a míchání komponentů ve zkumavkách. Kruhový pohyb. Spínač pro trvalý chod, kontinuální provoz min. 72 h. Včetně ploché univerzální platformy s gumovou podložkou. Minimální pracovní velikost platformy 25 x25 cm, nastavení rychlosti od 0 - 800 rpm.“

se mění tak, že nově zní:

„Kompaktní s platformou k promývání gelů/membrán a míchání komponentů ve zkumavkách. **Umožňující kruhový, vibrační a reciproký pohyb.** Spínač pro trvalý chod, kontinuální provoz min. 72 h. Včetně ploché univerzální platformy s gumovou podložkou. Minimální pracovní velikost platformy 25 x 25 cm, nastavení rychlosti **od 0 do min. 250 rpm.**“.

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace (**Priloha c. 5 ZD_CEREBIT_rev1.xls**), které v plném znění nahrazuje původní přílohu č. 5 zadávací dokumentace (*Priloha c. 5 ZD_CEREBIT.xls*).

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 11. 12. 2019 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky