



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Genius loci...

dne: 19. 11. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-038185**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Podávám dotaz o vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II.- 5. část veřejné zakázky „Laboratorní spotřební materiál“.

U položky č. 12 je požadováno, aby zkumavky byly sterilní a apyrogenní. Je tento parametr skutečně správně? Můžeme nabídnout produkt splňující všechny ostatní parametry, ale není sterilní a apyrogenní.

Odpověď zadavatele:

Požadavky na to, aby zkumavky byly sterilní a apyrogenní, byly uvedeny nedopatřením. Zadavatel u části 5. pro položku 12 nepožaduje, aby zkumavky byly sterilní a apyrogenní.

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 5. části veřejné zakázky (Laboratorní vybavení) pro položku č. 12 uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

Specifikace položky č. 12 -

5 ml zkumavky pro průtokovou cytometrii s rozměry 12x75 mm, s kulatým dnem, bez vršku, Materiál: modrý polystyren, kompatibilní při použití na přístroji Beckman Coulter, Cytomics FC500. **Sterilní a apyrogenní.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

se mění tak, že nově zní:

5 ml zkumavky pro průtokovou cytometrii s rozměry 12x75 mm, s kulatým dnem, bez vršku, Materiál: modrý polystyren, kompatibilní při použití na přístroji Beckman Coulter, Cytomics FC500.

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace (**Priloha c. 5 ZD_CEREBIT_rev2.xls**), které v plném znění nahrazuje původní přílohu č. 5 zadávací dokumentace ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (Priloha c. 5 ZD_CEREBIT rev1.xls).

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 17. 12. 2019 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

v z. Mgr. Pavel Šohaj

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba veřejné zakázky