



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: DI/PJ/OVZ/2019

dne: 23. 12. 2019

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2019-043246**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz c. 1:

Zadavatel v rámci vymezení předmětu veřejné zakázky v bodě 2.2. uvedl požadavky na laser pro průtokový cytometr. Nikde v zadávací dokumentaci ale Zadavatel neuvedl o jaký průtokový cytometr – obchodní označení a typ, se jedná. Bez bližší specifikace je pro dodavatele nemožné nabídnout správný typ laseru, neboť se liší dle typu průtokového cytometru.

Dotaz:

Žádáme tímto Zadavatele o uvedení obchodního označení a typu průtokového cytometru, pro který je laser určen.

Odpověď:

Zadavatel stanovil v čl. 2.2. zadávací dokumentace obecné požadavky na laser, přičemž definoval mj. i rozhraní nezbytné pro komunikaci a všechny nezbytné obecné požadavky na laser. Zadavatel nebude definovat konkrétní typ průtokového cytometru pro zachování transparentnosti zadávacího řízení.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
vz. za Mgr. Pavla Šohaje