



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

dne: 6. 2. 2020

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Sestava poloautomatického blotovacího systém na principu semi-dry**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-004148**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Dobrý den,
dovoluji si zaslat dodatečný dotaz k zakázce
„PřF/UPOL – Sestava poloautomatického blotovacího systém na principu semi-dry“.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat zařízení s dobou trvání transferu proteinu 5 minut nebo zadavatel trvá na 4 minutách?

Předem děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to následujícím způsobem:

V bodě 2.2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky se následující parametr:

- Doba trvání transferu proteinu maximálně 4 minuty

Mění takto:

- Doba trvání transferu proteinu maximálně 5 minut



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **11. 3. 2020 v 09:00 hodin.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky